



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»

Ярославского ул., д. 300  
г. Иркутск, 664048,  
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  
e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); <http://www.gkb8.ru>  
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  
ИНН/КПП 3810009342/381001001  
21.07.2020 № 1003  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В ответ на запрос № 89076 от 20.07.2020г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку расходных материалов для КЛД путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 198-20 (№ 32009312784) (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
1	<p>Просим пояснить, в пункте 6 Техническом задании на пробирку 5 мл, не указано количество в упаковке, хотя ед. измерения стоит упаковка. Просим внести изменение.</p> <p>Так же просим уточнить пункт 3 Тампон-зонд, можем ли мы предложить вискозный наконечник, а не хлопковый?</p> <p>Просим пояснить, чем обусловлены такие конкретные показатели, как количество штук в упаковке? И можем ли мы предложить Вам Наконечники полимерные к дозаторам пипеточным от 1 до 5 мл, которые упакованы в полиэтиленовый запаянный пакет по 250 штук.</p>	<p>В пункте 6 Технического задания Извещения в первоначальной редакции указано: упаковка 1000шт.</p> <p>При описании предмета закупки заказчик устанавливает требования к товару с целью обеспечения своих нужд исходя из своих потребностей в таком товаре.</p> <p>Конкретные указатели такие как количество штук в упаковке указываются из расчета общего количества потребности Заказчика и предложенных цен за единицу предлагаемого к поставке товара с конкретной наполняемостью упаковок (кол-во штук в упаковке) в коммерческих предложениях для расчета начальной (максимальной) цены договора. В заявке на участие в запросе котировок допускается указание отличающегося от указанного в Техническом задании количества поставляемого товара в случае, если в графе «Характеристика поставляемого товара» указано пропорционально измененное количество товара в упаковке.</p>

Главный врач  
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

Островская Т.Б.  
(3952) 55-14-51



  
/Ж.В. Есева