

**Дополнительное соглашение №1
к договору № 163-20 от 07.07.2020г.**

на поставку медицинских расходных материалов (шприцы, трубки) к инъекционной системе для компьютерной томографии

г. Иркутск

«06» августа 2020 г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница №8», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Есевой Жанны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания Киль-Иркутск», именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Ри Натальи Кимовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение к договору № 163-20 от 07.07.2020г. на поставку медицинских расходных материалов (шприцы, трубки) к инъекционной системе для компьютерной томографии (Далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. В связи с изменением сведений по НДС изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1. Цена настоящего Договора составляет **1 350 900 (Один миллион триста пятьдесят тысяч девятьсот) рублей 00 копеек**, включает в себя стоимость Товара, НДС 10 % 109 145 (сто девять тысяч сто сорок пять) рублей 45 копеек и другие обязательные платежи (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и другие затраты, предусмотренные настоящим Договором), является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, то есть является конечной.»

2. Изложить СПЕЦИФИКАЦИЮ (Приложение № 1 к договору № 163-20 от 07.07.2020г.) в новой редакции:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара, работ, услуг, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)	Характеристика поставляемого товара	Ед. изм.	Кол-во поставляемого товара	Производитель	Наименование страны происхождения	Цена за единицу поставляемого товара, руб.	Общая стоимость по позиции, руб.
1	Шприц к инъекционной системе для КТ MEDRAD Salient D, каталожный номер ZY6322 / Наименование товара в соответствии с Рег.удостоверением: Шприц ZY6322 к инъекционной системе MEDRAD Salient	Набор полностью совместим и разрешен к применению, согласно руководству по эксплуатации, с системой инъекционной для КТ, модель MEDRAD Salient D. Требования к составу набора: - полимерная емкость для набора контрастного вещества объемом 190 мл, с пылезащитным колпачком и крышкой, характеристика обусловлена следующим: указанный объем шприца установлен инструкцией к системе инъекционной MEDRAD Salient D - 1 шт. - трубка быстрого наполнения, длиной 17 см (до закругления) - 1 шт. Требования к техническим характеристикам составляющих набора: - материал изготовления емкости Полиэтилентерефталат, не содержит ЛАТЕКСА, для устранения неблагоприятного воздействия латекса на персонал и пациентов, имеющих аллергию на натуральный латекс; - полимерный конусовидный плунжер с резиновой манжетой, с углублением по центру, для плотного прилегания и минимизирования потери контрастного вещества; - Т-образный замок, с наружной стороны плунжера, для фиксации с поршнем инъектора; - расстояние между упорными планками треугольной формы на наружной стороне плунжера 12 мм, наружная поверхность неровная-ребристая, силиконовая смазка на плунжере	набор	900	"Имаксон Пи ТиУай Лтд"	Австралия	1 334,00	1 200 600,00

		<p>шприца (внутренняя часть), обеспечивают высокую герметичность и плавный ход внутри шприца, для облегчения введения растворов персоналом;</p> <ul style="list-style-type: none"> - индикаторы заполняемости шприцов контрастом и физиологическим раствором FluiDot, для облегчения проверки шприца на степень заполнения жидкостью, наименование обусловлено инструкцией к системе инъекционной для KT Salient D; - максимальное расчётное давление, 300 psi /2068 кПа, информация о параметрах давления на фабричной упаковке, требование обусловлено обеспечением безопасности пациента и корректного выполнения диагностических исследований; - предельная скорость введения контрастного вещества 10,0 мл/с, требование обусловлено обеспечением безопасности пациента и корректного выполнения диагностических исследований, т.к. аппарат Salient D обеспечивает максимальную скоростью потока 10,0 мл/с; - фабричная стерилизация (лучевая стерилизация гамма-лучами), для увеличения срока хранения изделия; - индивидуальная упаковка, стерильная, формованный жесткий полимерный лоток с бумажным клапаном, для сохранности и удобного извлечения колбы из упаковки. 						
2	<p>Трубка удлинительная с Т-коннектором к инъекционной системе MEDRAD Salient D каталожный номер ZY 5152 /</p> <p>Наименование товара в соответствии с Рег.удостоверением: Трубки удлинительные для системы инъекционной MEDRAD Salient, вариант исполнения: ZY5152 Трубка удлинительная с Т-коннектором 150 см</p>	<p>Набор полностью совместим и разрешен к применению, согласно руководству по эксплуатации, с системой инъекционной для KT, модель MEDRAD Salient D. Требования к составу набора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубка удлинительная, низкого давления, длиной 150 см, с Т-образным соединителем, характеристика обусловлена следующим: указанный соединитель установлен инструкциями к системам инъекционным MEDRAD Salient D - 1 шт. <p>Требования к техническим характеристикам составляющих набора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - материалы изготовления компонентов набора не содержат ЛАТЕКСА, для устранения неблагоприятного воздействия латекса на персонал и пациентов, имеющих аллергию на натуральный латекс; - максимальное расчётное давление, 300psi \ 2 068 кПА, информация о параметрах давления на фабричной упаковке, требование обусловлено обеспечением безопасности пациента и корректного выполнения диагностических исследований; - предельная скорость введения контрастного вещества, 10,0 мл/с, требование обусловлено обеспечением безопасности пациента и корректного выполнения диагностических исследований, т.к. системы 	набор	450	"Имаксон Пи ТиУай Лтд"	Австралия	334,00	150 300,00

	инъекционные MEDRAD обеспечивает максимальную скорость потока 10,0 мл/с; - фабричная стерилизация (лучевая стерилизация гамма-лучами), для увеличения срока хранения изделия; - индивидуальная упаковка, стерильная.						
ИТОГО (цена договора), руб.:		1 350 900,00					
В том числе НДС 10 %(руб.):		109 145,45					

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано Сторонами в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, является неотъемлемой частью договора № 163-20 от 07.07.2020 г.
5. Условия договора, не оговоренные и не измененные настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе.
6. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Заказчик:

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»

Адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300

Телефон 44-31-30, 502-490

ИНН 3810009342

КПП 381001001

УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области, ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», л/с 80303090207)

р\сч. 40601810850041002000

БИК 042520001

БАНК Отделение Иркутск

Главный врач

/Ж. В. Есева/

М.П.



Поставщик:

ООО «Компания Киль-Иркутск»

Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 30, кв. 17

Телефон (3952) 39-54-29

ИНН 3808034341

КПП 380801001

ОГРН 1143850067316

ОКПО 68590929

р/с 40702810800040000786

Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"

к/с 30101810250040000867

БИК 045004867

395429@kil-irkutsk.ru

Генеральный директор

/Н.К. Ри /

М.П.

