



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»

Ярославского ул., д. 300
г. Иркутск, 664048,
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39
e-mail: info@gkb38.ru; <http://www.gkb8.ru>
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145
ИНН/КПП 3810009342/381001001

№ _____
На № _____ от _____

В ответ на запрос № 88781 от 28.05.2020г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку растворов для гематологического анализатора Sysmex KX 21 путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 147-20 (№ 32009180302) (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
	<p>В описании объекта закупки № 32009180302 установлены избыточные требования и необоснованные ограничения к закупаемому товару - химический и компонентный состав реагентов:</p> <p>п/п 1 Состав: Хлорид натрия 7.5 г/л Неорганический боратный буфер 1.5 г/л ЭДТА < 1.0 г/л Консервант < 0.05 г/л</p> <p>п/п 2 Осмолярность: от 215 мОсм/л до 235 мОсм/л; Электропроводность: от 2,4 мС/см до 2,8 мС/см (при +25 С); рН: от 3,7 до 4,1 (при +25 С). В состав лизирующего реагента, в том числе, входят компоненты, определяющие его характеристики: четвертичные соли аммония < 14,0 г/л, альдегиды < 11%.</p> <p>Гематологический анализатор Sysmex KX 21, имеющийся у Заказчика (к которому закупаются реагенты), не является «закрытой системой», реагенты к нему не являются уникальным товаром, данный анализатор качественно работает с взаимозаменяемыми реагентами (в том числе с иными химическими составами), предназначенными производителем для работы с указанным анализатором (в том числе российского производства).</p> <p>Например, совместимость с анализатором Sysmex KX 21 отечественных реагентов «Юни-Гем» (имеющих рецептурный состав, отличный от указанного в описании закупки) подтверждена многолетней практикой госзакупок и применения в ЛПУ, а также медицинскими испытаниями в Российской медицинской академии последипломного образования. В отсутствие конкуренции с поставщиками реагентов российского производства стоимость закупки значительно возрастает, что ведет к нерациональному расходованию средств</p> <p>Рецептурный/химический состав, не является ни функциональной, ни технической, ни качественной, ни эксплуатационной характеристикой товара, не влияет ни на качество исследований, ни на порядок работы с анализатором.</p> <p>Помимо этого необходимо отметить, что закупка осуществляется на</p>	<p>В соответствии с положениями ч.ч. 5, 6 ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п. 18.6 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», п. 45 Извещения о проведении закупки на поставку растворов для гематологического анализатора Sysmex KX 21 путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства извещаем об отмене проведения закупки на поставку растворов для гематологического анализатора Sysmex KX 21 путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства в связи с доработкой технической документации.</p>

поставку, а не на производство реагентов. Поставщик не обязан на момент осуществления закупки иметь товар в наличии знать точный химический состав реагентов. Указанные в описании объекта закупки показатели становятся известными только после испытания конкретной партии товара после его производства.

Законодательство и внутренняя политика Российской Федерации в настоящее время направлена на пресечение необоснованного ограничения конкуренции, на обеспечение прозрачности госзакупок, оптимизации расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат в системе государственных закупок, снижение цен на медицинские изделия, на запрет необоснованных ограничений при закупке расходных материалов к медицинским изделиям, в т.ч. установлением запрета на необоснованные ограничения на применение расходных материалов иных производителей:

- п. 1, пп. «и», «н», «т» пункта 3 Указа Президента РФ от 21.12.2017 N 618 (Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018 - 2020 годы),
- п. 7 Плана мероприятий, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 12.01.2018 № 9-р (план мероприятий - дорожная карта.),
- п. 7.3, 7.6, 8.5 Приказа Минздрава России от 08.02.2018 № 57.

Указанные нарушения влекут за собой административную ответственность для должностных лиц, предусмотренную ст. 7.30 КоАП РФ.

Помимо вышеперечисленного, просим ознакомиться с практикой рассмотрения аналогичных вопросов ФАС России и судах, например:

- п. 1 обзора судебной практики в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд (декабрь 2019г) – Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2019 № 09АП-61014/2019 по делу № А40-125003/19.
- Постановление АС Западно-Сибирского округа от 08.08.2019 по делу № А75-7322/2018.
- п.2 Обзора судебной практики в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд (январь 2019г) - Управление контроля размещения госзаказа ФАС России – Постановление ФАС России от 27.12.2018 по делу № 18/44/105/1013/АК1122-18).
- п. 3 Обзора судебной практики в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд (апрель 2018г) Управление контроля размещения госзаказа ФАС России - Решение арбитражного суда г. Москвы от 23.03.2018 по делу А40-232842/17-121-2039.
- п. 4 Обзора административной практики в сфере закупок по 223-ФЗ (февраль 2020г) Управление контроля размещения госзаказа ФАС России – Постановление ФАС России от 19.12.2019 по делу № 17/04/7.32.3-747/2019.
- п. 2 Обзора административной практики в сфере закупок по 223-ФЗ (октябрь 2019г) - Управление контроля размещения госзаказа ФАС России – Постановление ФАС России от 20.09.2019 по делу № 17/04/7.32.3-352/2019).


В связи со всем вышеизложенным убедительно просим внести изменения в закупочную документацию в соответствии с действующим законодательством, удалив избыточные и необоснованные требования о химическом составе (п. 3 письма ФАС № ИА/44536/16 от 01.07.2016, оставленное в силе решением Верховного суда РФ от 09.02.2017 № АКПИ16-1287).

В случае непринятия мер, мы будем вынуждены обратиться в контрольно-надзорные органы с требованием проверки закупки на отсутствие нарушений действующего законодательства и коррупционной составляющей, а в случае наличия нарушений - отмены закупки и привлечения ответственных лиц к ответственности.

Главный врач
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

Земцов А.В.
(3952) 50-23-21




Ж.В. Есва