



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»

Ярославского ул., д. 300
г. Иркутск, 664048,
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39
e-mail: info@gkb38.ru; <http://www.gkb8.ru>
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145
ИНН/КПП 3810009342/381001001

25.04.2021 № 962
На № _____ от _____

В ответ на запрос № 90118 от 22.04.2021г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку медицинских расходных материалов (комплекты электродов для ЭКГ) путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 098-21(1) (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
	<p>В п/п 3,4 ТЗ не прописаны допуски по размерам к следующим характеристикам: «диаметр присоски – 22мм, диаметр присоски внешний – 18мм». Согласно требованиям пункта 1 части 1 статьи 33 ФЗ о Конкратной системе, описание объекта закупки должно носить объективный характер и не может устанавливать требования к товарам, влекущие ограничение числа участников, что мы, к сожалению, наблюдаем в данной закупке.</p> <p>Закон, в отношении этого обязательства Заказчика говорит следующее: «Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться». Вами же указаны КОНКРЕТНЫЕ показатели размера!</p> <p>Напомним также, что Заказчик может нести административную ответственность в виде штрафа за включение в описание объекта закупки требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников. Часть 4.1 статьи 7.30 1 % от НМЦК, но не менее 10 000 и не более 50 000 рублей.</p> <p>Просим внести изменения в документацию и указать допуски: «диаметр присоски – 22мм +/-3мм, диаметр присоски внешний – 18мм +/-3мм»</p>	<p>В Извещение о проведении закупки на поставку медицинских расходных материалов (комплекты электродов для ЭКГ) путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 098-21(1) будут внесены соответствующие изменения.</p>

Главный врач
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

Исп.: Земцов А.В., юриконсульт, (3952) 50-23-21



/Ж.В. Есева