



**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**

Ярославского ул., д. 300  
г. Иркутск, 664048,  
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  
e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); <http://www.gkb8.ru>  
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  
ИНН/КПП 3810009342/381001001  
10.12.2021 № 2652  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В ответ на запрос № 102026 от 07.12.2021г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку криоцилиндра вертикального путем запроса котировок в электронной форме № 333-21н (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
1	<p>В маркировке оборудования указано DPL 195-2.0, следовательно геометрический объём данного цилиндра 195 литров, при этом в описании оборудования указано, геометрический объём 190 л... Какого именно объёма вам необходим газификатор?</p> <p>В техническом задании указано пробное давление испытания, МПа на прочность (гидравлического) 4,0 (40). При этом согласно нормам ФНП пробное давление испытания на прочность (гидравлического) должно быть 2,4 (24)</p>	<p>Извещения о проведении закупки на поставку криоцилиндра вертикального путем запроса котировок в электронной форме № 333-21н будут внесены соответствующие изменения.</p>

Главный врач  
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

Исп.: Земцов А.В., юриконсульт, (3952) 50-23-21



/Ж.В. Есева