



**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**

Ярославского ул., д. 300
г. Иркутск, 664048,
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39
e-mail: info@gkb38.ru; <http://www.gkb8.ru>
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145
ИНН/КПП 3810009342/381001001
_____14.10.2021 № _____2247
На № _____ от _____

В ответ на запрос № 90684 от 11.10.2021г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку наборов реагентов для КЛД путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 239-21н (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
1	<p>Просим дать разъяснения по позиции №3: указано требование «Набор красителей для исследования ликвора с реактивом Самсона. Набор рассчитан на 100 определений», однако все наборы с реактивом Самсона отечественных производителей рассчитаны на 200 определений. Просим указать требование к количеству определений в формулировке «Набор рассчитан на не менее 100 определений».</p> <p>Просим дать разъяснения по позиции №4: указано требование «1000 опред/ск, 500 опред./билирубин», что является ошибкой Технического задания, т.к. все наборы для клинического анализа кала отечественных производителей рассчитаны на 1000 проб для обнаружения скрытой крови, 50 проб для качественного определения стеркобилина, 200 проб для качественного определения билирубина и 2000 проб для проведение микроскопического анализа кала. Просим указать требование к количеству определений «Не менее 1000 опред/ск, не менее 200 опред./билирубин».</p> <p>Просим дать разъяснения по позиции №12: указано требование «Тромбин (лиофильно высушенный реагент, 500 ед. НИН)1», из которого непонятно, какое количество флаконов с тромбином должно содержаться в наборе, просим указать количество флаконов. Требование «Растворитель для тромбина, 10,5 мл – не менее 2 фл» указывает на то, что заказчику нужен реагент для анализатора, однако в характеристиках не указано, для какого – автоматического или полуавтоматического. Просим указать тип анализатора.</p> <p>Согласно требованиям аукционной документации, участник закупки обязан приложить копию регистрационного удостоверения при поставке товара. Сообщаем, что на позицию №14 Технического задания отсутствуют регистрационные удостоверения согласно официальному сайту Росздравнадзора, так как данный товар не относится к изделиям медицинского назначения и не подлежит обязательной государственной регистрации на территории РФ. Просим убрать данное требование к указанной позиции.</p>	<p>Извещения о проведении закупки на поставку наборов реагентов для КЛД путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 239-21н будут внесены соответствующие изменения.</p>

**Главный врач
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»**

Исп.: Земцов А.В., юристконсульт, (3952) 50-23-21



А.В. Есева