



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»

Ярославского ул., д. 300  
г. Иркутск, 664048,  
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  
e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); <http://www.gkb8.ru>  
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  
ИНН/КПП 3810009342/381001001

№ 8/11  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В ответ на запрос № 89810 от 08.02.2021г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку лент регистрационных бумажных для ЭКГ путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 028-21 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
1	Уважаемый Заказчик!  1. По позициям 1, 2, 3, 4 и 6 тех. задания вы запрашиваете плотность бумаги 60-70 г/м <sup>2</sup> , мы, как производитель этой бумаги, сообщаем вам, что данная бумага для указанных вами аппаратов изготавливается на плотности 55 +/- 5 г/м <sup>2</sup> . Использование бумаги на более высокой плотности приведет к сбою в работе аппарата. Просим внести изменения и указать "плотность бумаги 50-60 г/м <sup>2</sup> ". и соответственно толщину бумаги - 60-65 мкм.	Бумага, не соответствующая по плотности и толщине в диапазонах указанных технических характеристиках не подходит по следующим причинам: - на бумаге не пропечатывается информация (запись ЭКГ); - лентопротяжный механизм данную информацию не воспринимает и не подает для записи; - в случае, если бумага тонкая, то при записи ЭКГ в местах сложения она вретса без применения усилий для отрыва, что приводит к дополнительному склеиванию частей записи, что несет под собой дополнительные трудо- / времязатраты; - также, такая бумага приводит к скорейшему износу и поломке лентопротяжного механизма.
	2. По позиции 5 вы запрашиваете оригинальную бумагу Sony UPP 110 S. Просим ответить - это требование на основании имеющейся у вас гарантии на аппарат? Возможно ли предложить к поставке эквивалент совместимый?	Бумага не оригинального производства не соответствует по качеству печати и значительно отличаются от оригинальной бумаги, производства SONY (Япония), а именно: - наличие большого количества бумажной пыли, что по заключению специалистов, которые проводят техническое обслуживание данного оборудования, может привести к быстрому износу и поломке этого оборудования; - заключение УЗИ со снимков является юридическим документов, в связи с чем, большое количество бумажной пыли, проявляющееся на фото в виде множественных гиперэхогенных включений (белые точки, линии, рассеянные по всей фотографии) мешают правильной интерпретации снимка; - фотографии на бумаге, имеющей более высокую «жесткость», чем заявленная в Техническом задании Извещения, искажают изображение получаемое с монитора аппарата, особенно в 3D/4D-режимах; - во время использования более тонкой бумаги при отрыве фотографии происходит

		«проскальзывание» бумаги, что приводит к неровному разрыву фотографии, как следствие и к большому перерасходу бумаги.
--	--	---

Кроме того, дополнительно к изложенному следует отметить, что исходя из смысла ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ и п. 12.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» (далее – «Положение о закупках»), возможность устанавливать параметры, необходимые для поставки товара, исходя из своих потребностей, является законодательно закрепленным правом Заказчика, а потребности Заказчика являются определяющим фактором при установлении им соответствующих требований. При этом заказчик имеет право в необходимой степени детализировать объект закупки, определяя такие характеристики закупаемого товара, которые могут иметь существенное значение для последующего использования товара. Более того, указание в Извещении о закупке требований к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекты закупки прямо предусмотрено положениями Федерального закона № 223-ФЗ и Положением о закупках.

Таким образом, Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупках не предусмотрены ограничения по включению в Извещение о закупке требований к товару, которые являются значимыми для Заказчика, отвечают его потребностям и необходимы для выполнения им соответствующих государственных функций – охрана жизни и здоровья населения.

В рамках формирования объекты закупки Заказчик руководствуется существующей потребностью, возникшей в связи с осуществлением им основной деятельностью.

Главный врач  
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

Исп.: Земцов А.В., юристконсульт, (3952) 50-23-21



/Ж.В. Есева