



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»


Ярославского ул., д. 300
г. Иркутск, 664048,
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39
e-mail: info@gkb38.ru; <http://www.gkb8.ru>
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145
ИНН/КПП 3810009342/381001001
На № 16.12.22 № 2385
от _____

В ответ на запрос № 30714 от 13.12.2022г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку стерилизаторов воздушного путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 305-22 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
1	Просим изменить характеристики по позиции № 2 Стерилизатор ГП 80, а именно будут такие показатели в соответствии с паспортом производителя: Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм 826х612х590 Габаритный размеры камеры стерилизации, (ШхГхВ), мм 510х340х460	Исходя из смысла ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ и п. 12.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» (далее – «Положение о закупках»), возможность устанавливать параметры, необходимые для поставки товара, исходя из своих потребностей, является законодательно закрепленным правом Заказчика, а потребности Заказчика являются определяющим фактором при установлении им соответствующих требований. При этом заказчик имеет право в необходимой степени детализировать объект закупки, в том числе и срок поставки объекта закупки, которые являются значимыми для Заказчика, отвечают его потребностям и необходимы для выполнения им соответствующих государственных функций – охрана жизни и здоровья населения. В рамках формирования объекта закупки Заказчик руководствуется существующей потребностью, возникшей в связи с осуществлением им основной деятельностью: Заказчиком учитывалась необходимость конечного результата – обеспечение лечебного учреждения медицинским оборудованием

Главный врач
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»




/Ж.В. Есва

Исп.: Земцов А.В., юриконсуьлт, (3952) 50-23-21