



**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**

Ярославского ул., д. 300  
г. Иркутск, 664048,  
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  
e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); <http://www.gkb8.ru>  
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  
ИНН/КПП 3810009342/381001001  
03.11.2022 № 1059  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В ответ на запрос № 29493 от 31.10.2022 г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку медицинского оборудования (авторефрактометр, периметр) путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 221 - 22 (№ 32211797609) (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
1.	Уважаемый заказчик! В техническом задании представлены конкретные показатели Автоматического авторефрактометра с принадлежностями URK-700. В настоящий момент данное оборудование снято с производства. Для поставки эквивалента просим разъяснить: 1) Может ли показатель «Пределы допускаемой абсолютной погрешности радиуса кривизны роговицы глаза при VD=12 мм. - ± 0.03 мм» иметь другие значения? 2) Может ли показатель «Функция экономии мощности - OFF, 3, 5, 10 мин. (переключаемый)» отсутствовать?	Информация по снятому с производства не является достоверной, любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующие требованиям законодательства, могут осуществить поставку такой продукции в России. Указанные характеристики допускают поставку двух моделей. Диапазон указан. Указанные функциональные показатели, характеристики являются значимыми для удовлетворения медицинских потребностей Заказчика.

Главный врач



Ж.В. Есева

Ивановская Л.В.  
(3952) 55-14-51