

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»

Ярославского ул., д. 300 г. Иркутск, 664048, тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39 e-mail: <u>info@gkb38.ru</u>; http://www.gkb8.ru ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145 ИНН/КПП 3810009342/381001001

В ответ на запрос № 28211 от 15.09.2022г. на разъяснение положений Извещение о проведении закупки на поставку тумб медицинских с мойкой путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 173-22 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

No ⊓/⊓	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
п/п 1	в Техническом задании указано:	В Извещение о проведении закупки
	позиция № 4 "Стол лабораторный с мойкой АСК СЛМ.02.01 (или	на поставку тумб медицинских с мойкой
	эквивалент)":	путем запроса котировок в электронной
	Изделие должно выдерживать обработку любыми	форме, участниками которого могут
	дезинфицирующими средствами.	являться только субъекты малого и
	Для нержавеющей стали не рекомендуется использовать	среднего предпринимательства № 173-22
	абразивные чистящие средства	будут внесены соответствующие изменения.
	- Прошу разъяснить, как это понимать, изделие выдерживает	
	обработку любыми средствами, но одновременно не рекомендуется	
	использовать абразивные чистящие средства? Эти две	
	характеристики получается противоречат друг другу.	
	Прошу уточнить что требуется заказчику? Чем должно в итоге	
	обрабатываться изделие?	
	позиция № 5 "Стол лабораторный с мойкой АСК СЛМ.02.02 (или	
	эквивалент)":	
	Изделие должно выдерживать обработку любыми	
	дезинфицирующими средствами.	
	Для нержавеющей стали не рекомендуется использовать	
	абразивные чистящие средства	
	- Прошу разъяснить, как это понимать, изделие выдерживает	
	обработку любыми средствами, но одновременно не рекомендуется	
	использовать абразивные чистящие средства? Эти две	
	характеристики получается противоречат друг другу.	
	Прошу уточнить что требуется заказчику? Чем должно в итоге	
	обрабатываться изделие?	1
	а также:	
	Гарантийный срок, не менее 12 мес. 12	
	- лишнее указание "12" – это опечатка, какой гарантийный срок	
	должно иметь изделие?	

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

Исп.: Земцов А.В., юрисконсульт, (3952) 50-23-21

/ж.В. Есева