



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»

Ярославского ул., д. 300  
г. Иркутск, 664048,  
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  
e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); <http://www.gkb8.ru>  
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  
ИНН/КПП 3810009342/381001001  
18.01.2025 № 181-01/25  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В ответ на запрос № 31559 от 25.01.2023г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку шовного материала путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 034-23 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
1	<p>Уважаемые коллеги!</p> <p>В позициях 7, 8, 9 Технического задания на поставку шовного материала в характеристиках товара указана игла из нержавеющей стали 316L.</p> <p>Однако, согласно инструкции к шовному материалу, по позиции №7 (W8977 Пролен (PROLENE) синий M3 (2/0) 90см, две иглы таперкат V- 7 26мм или эквивалент) и позиции 8 (W8976 Пролен (PROLENE) синий M2(3/0) 90см, две иглы таперкат V- 7 (26мм) или эквивалент), материалом изготовления иглы является сталь марки 4310, по позиции №9 (W486 Пролен (PROLENE) синий M3,5 (0) 100см, игла таперкат V- 34 (36мм) или эквивалент) – материал изготовления иглы - сталь марки 420.</p> <p>Будут ли рассмотрены заявки с указанными выше корректировками?</p>	<p>В Извещение о проведении закупки на поставку шовного материала путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 034-23 внесены соответствующие изменения (Извещение в редакции с изменениями от 24.01.2023 года).</p>

Главный врач  
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

Исп.: Земцов А.В., юристконсульт, (3952) 50-23-21



/Ж.В. Есева